

长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000215 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BEOFEAM0400B2M420250  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: 王晓丽  
Checked by

校准员: [Signature]  
Calibrated by

接收日期

Date of Receipt

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

发布日期

Date of Issue

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



LHC721000215

证书编号: LHC721000215

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents  |                         |   |  |                     |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程  |                         |   |  |                     |
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration  |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3   | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6   | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition<br>温度: 19.3 °C<br>Temperature<br>其它: /<br>Others<br>相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page. shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.

证书编号: LHC721000215

Certificate No.

# 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                           | 校准结果        |     |     |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                           | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/℃                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/℃                         | 0.0         | 0.0 | 0.1 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /℃ ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白

Blank



长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000217 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BEOFEAM0400B2M420254  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: 王晓丽  
Checked by

校准员: [Signature]  
Calibrated by

接收日期

Date of Receipt

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

发布日期

Date of Issue

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



LHC721000217

第 1 页 共 3 页

证书编号: LHC721000217

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents<br>JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程  |                         |   |  |                     |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration  |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3   | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6   | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition<br>温度: 19.3 °C<br>Temperature<br>其它: /<br>Others<br>相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page. shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.

证书编号: **LHC721000217**

Certificate No.

# 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/°C                         | 0.0         | 0.1 | 0.0 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白  
Blank



长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000212 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BE0FEAM0400B2M420256  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by  
核验员: 王晓刚  
Checked by  
校准员: [Signature]  
Calibrated by

接收日期

Date of Receipt

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

发布日期

Date of Issue

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



LHC721000212

第 1 页 共 3 页

证书编号: LHC721000212

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents  |                         |   |  |                     |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程  |                         |   |  |                     |
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration  |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3   | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6   | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition<br>温度: 19.3 °C<br>Temperature<br>其它: /<br>Others<br>相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page, shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.



证书编号: **LHC721000212**

Certificate No.

## 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/°C                         | 0.1         | 0.1 | 0.2 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白

Blank

长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000216 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BE0FEAM0400B2M420301  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by  
核验员: 王晓丽  
Checked by  
校准员: [Signature]  
Calibrated by

| 接收日期<br>Date of Receipt            | 校准日期<br>Date of Calibration        | 发布日期<br>Date of Issue              |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2021 年 05 月 06 日<br>Year Month Day | 2021 年 05 月 06 日<br>Year Month Day | 2021 年 05 月 06 日<br>Year Month Day |

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



LHC721000216

第 1 页 共 3 页

**证书编号: LHC721000216**

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents                       |                         |   |  |                     |
|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程   |                         |   |  |                     |
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.  | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3  | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6  | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration                                   |                         |   |  |                     |
| 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition                                    |                         |   |  |                     |
| 温度: 19.3 °C<br>Temperature   |                         | 相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity   |  |                     |
| 其它: /<br>Others  |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page. shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.



证书编号: LHC721000216

Certificate No.

# 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/°C                         | 0.0         | 0.0 | 0.0 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白

Blank

长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000218 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BEOFEAM0400B2M420302  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: 王晓刚  
Checked by

校准员: [Signature]  
Calibrated by

接收日期

Date of Receipt

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

发布日期

Date of Issue

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



LHC721000218

第 1 页 共 3 页

证书编号: LHC721000218

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents<br>JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程  |                         |   |  |                     |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration  |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3   | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6   | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition<br>温度: 19.3 °C<br>Temperature<br>其它: /<br>Others<br>相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page, shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.



证书编号: LHC721000218

Certificate No.

## 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/°C                         | 0.0         | 0.1 | 0.1 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白

Blank

长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000214 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BEOFEAM0400B2M420405  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: 王晓丽  
Checked by

校准员: [Signature]  
Calibrated by

接收日期

Date of Receipt

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

发布日期

Date of Issue

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



LHC721000214

第 1 页 共 3 页

证书编号: LHC721000214

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents                       |                         |   |  |                     |
|--|-------------------------|---|--|---------------------|
| JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程   |                         |   |  |                     |
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.  | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3  | (0~50) °C               | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6  | (-30~20) °C             | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室                    |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition                                    |                         |   |  |                     |
| 温度: 19.3 °C<br>Temperature   |                         | 相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity   |  |                     |
| 其它: /<br>Others  |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page. shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.



证书编号: **LHC721000214**

Certificate No.

# 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/°C                         | 0.1         | 0.0 | 0.1 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白  
Blank

长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000213 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BEOFEAM0400B2M420417  
No. of Instrument

制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: 王晓丽  
Checked by

校准员: [Signature]  
Calibrated by

接收日期

Date of Receipt

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

发布日期

Date of Issue

2021 年 05 月 06 日  
Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698



证书编号: **LHC721000213**

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents<br>JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程  |                         |   |  |                     |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration  |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3   | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6   | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition<br>温度: 19.3 °C<br>Temperature<br>其它: /<br>Others<br>相对湿度: 35.5 %<br>Relative humidity |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page. shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.



证书编号: LHC721000213

Certificate No.

# 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 5   | 10  |
| 示值误差/°C                         | 0.2         | 0.1 | 0.2 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白

Blank

长春市计量检定测试技术研究院  
Changchun Institute of Metrology

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: LHC721000246 号  
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)  
Customer

联络信息: 长春市高新区锦湖大路1066号  
Contact information

器具名称: 温度采集模块  
Name of Instrument

规格型号: YB-HC008-00  
Model/Type

器具编号: BEOFEAM0400B2M420300  
No. of Instrument

制造单位: 海尔  
Manufacture



批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: 王晓丽  
Checked by

校准员: [Signature]  
Calibrated by

| 接收日期<br>Date of Receipt            | 校准日期<br>Date of Calibration        | 发布日期<br>Date of Issue              |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2021 年 05 月 10 日<br>Year Month Day | 2021 年 05 月 10 日<br>Year Month Day | 2021 年 05 月 10 日<br>Year Month Day |

地址(Add): 长春市硅谷大街928号 (130012)  
E-mail: cc\_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700  
传真(Fax): (0431) 86936698





证书编号: LHC721000246

Certificate No.

| 1. 校准所依据的技术文件:<br>Based on the type of documents<br>JJG 874—2007 温度指示控制仪检定规程  |                         |   |  |                     |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| 2. 校准所使用的主要计量标准器具:<br>Standards of Measurement used in the calibration  |                         |   |  |                     |
| 名称及编号<br>Name and No.   | 测量范围<br>Measuring range | 不确定度/准确度<br>等级/最大允许误差<br>Uncertainty/accuracy class/<br>Maximum Permissible Error | 检定/校准单位<br>及证书号<br>Verification or calibration<br>Organization/Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准水银温度计<br>04-200-3   | (0 ~ 50) °C             | MPE: ± 0.15°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725921900   | 2022-01-08          |
| 标准水银温度计<br>04-200-6   | (-30 ~ 20) °C           | MPE: ± 0.20°C   | 吉林省计量科学研究<br>院 725931900   | 2022-01-08          |
| 3. 校准地点:<br>Location for calibration 本院 (硅谷大街) 606室   |                         |   |  |                     |
| 4. 环境条件:<br>Environmental condition<br>温度: 21.0 °C<br>Temperature<br>其它: /<br>Others<br>相对湿度: 35.6 %<br>Relative humidity |                         |   |  |                     |

注: 1、本证书封面未加盖校准专用章无效。除全文复制外, 未经本院批准不得部分复制证书。

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page. shall not be reproduced except in full, without approval of the metrology.

2、本证书中校准结果仅与被校准物品有关。

The result in this certificate relate only to the calibrated.



证书编号: LHC721000246

Certificate No.

## 校 准 结 果

Results of Calibration

| 校准项目                            | 校准结果        |     |     |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|
| 外观检查                            | 符合 规程的5.1条款 |     |     |
| 校准点/°C                          | 0           | 10  | 20  |
| 示值误差/°C                         | 0.2         | 0.2 | 0.2 |
| 示值误差的扩展不确定度 $U$ /°C ( $k = 2$ ) | 0.3         | 0.3 | 0.3 |

以下空白  
Blank